PT. EKSGON BROTHER

SERTIFIKAT KALIBRASI / PENGUJIAN
CALIBRATION CERTIFICATE
2957/VI.EB/2026

Pemilik *Costumer*	:	RS. William Booth Semarang
Alamat *Address*	:	Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237
Tanggal Kalibrasi *Date of Calibration*	:	25 Juni 2026

Identitas Instrument / *Instrument Identity*

Nama *Name*	:	Lampu Tindakan
Merk *Manufacture*	:	Onemed
Tipe *Type*	:	Morico
Nomor Seri *Serial Number*	:	8
Tempat Kalibrasi *Place of Calibration*	:	Poli Bedah
Tanggal Diterbitkan *Date of Issued*	:	2 Juli 2026
Keterangan *Remarks*	:	Laik Pakai

PT EKSGON BROTHER

PT EKSGON BROTHER

Damayanti Butar Butar
Direktur

Office : Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax : (021) 290677957 ; Email : Eksgon_brother@yahoo.co.id
Hasil hanya berhubungan dengan instrument yang dikalibrasi dan laporan ini tidak diperkenankan untuk diubah atau digandakan dengan cara apapun tanpa seizin **PT Eksgon Brother.**

PT. EKSGON BROTHER

Laporan Pengujian Lampu Tindakan

No.Sertifikat : 2957/VI.EB/2026

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS. William Booth Semarang
2. Merek : Onemed
3. Tipe : Morico
4. No.Seri : 8

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/ Ruangan : Poli Bedah
2. Tanggal : 25 Juni 2026

C. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer : HTC/Clock/- (Tertelusur ke Standart International)
2. Lux Meter : Lutron/LX-107/T.028930(Tertelusur ke Standart International)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	24,3 °C
2.	Kelembaban	59,0 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Kabel Power	Baik	Baik	-
2.	Reflektor	Baik	Baik	-
3.	House Casing	Baik	Baik	-
4.	Holder/Handle	Baik	Baik	-
5.	Bulb Halogen	Baik	Baik	-
6.	Intensitas Bulb	Baik	Baik	-
7.	Focusing Adjuster	Baik	Baik	-
8.	Lampu Indikator	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar	Presisi (%)
Intensitas (lux)	Low	233,33	0,25
	Medium	365,00	0,27
	High	622,00	0,00

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MK-21-EB-2022 Permenkes 54 tahun 2015

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Office: Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax: (021) 29067957; – Email.: admin.support@eksgon.com / eksgon_brother@yahoo.co.id