PT. EKSGON BROTHER

SERTIFIKAT KALIBRASI / PENGUJIAN
CALIBRATION CERTIFICATE
2942/VI.EB/2026

Pemilik *Costumer*	:	RS. William Booth Semarang
Alamat *Address*	:	Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237
Tanggal Kalibrasi *Date of Calibration*	:	25 Juni 2026

Identitas Instrument / *Instrument Identity*

Nama *Name*	:	Scaller
Merk *Manufacture*	:	ENDO
Tipe *Type*	:	ART - P1
Nomor Seri *Serial Number*	:	A03174
Tempat Kalibrasi *Place of Calibration*	:	Poli Gigi
Tanggal Diterbitkan *Date of Issued*	:	2 Juli 2026
Keterangan *Remarks*	:	Laik Pakai

PT EKSGON BROTHER

PT. EKSGON BROTHER

Damayanti Butar Butar
Direktur

Office : Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax : (021) 290677957 ; Email : Eksgon_brother@yahoo.co.id
Hasil hanya berhubungan dengan instrument yang dikalibrasi dan laporan ini tidak diperkenankan untuk diubah atau digandakan dengan cara apapun tanpa seizin **PT Eksgon Brother.**

PT. EKSGON BROTHER

Laporan Pengujian Scaller

No. Sertifikat : 2942/VI.EB/2026

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS. William Booth Semarang
2. Merek : ENDO
3. Tipe : ART - P1
4. No.Seri : A03174

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/ Ruangan : Poli Gigi
2. Tanggal : 25 Juni 2025

C. Alat Yang Digunakan

1. Thermo-Hygrometer, Merk: HTC, Tipe: HTC-2 (KAL-025), Tertelusur ke Standar International melalui LK-032-IDN
2. Light Meter, Merk: KRISBOW, Model/Type: KW06-291, S/N: 150826381 (KAL-013), Tertelusur ke Standar International
3. Safety Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type : 620, S/N: 2986074 (KAL-015), Tertelusur ke Standar International

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur		
1.	Suhu	24,3 °C	±	0,223606798 °C
2.	Kelembaban	57,5 % RH	±	1,414213562 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power	Baik	Baik	-
2.	On/Off Button	Baik	Baik	-
3.	Body	Baik	Baik	-
4.	Base	Baik	Baik	-
5.	Handpiece	Baik	Baik	-
6.	Regulator Control	Baik	Baik	-
7.	Pressure	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Power	220,0 V	220 ± 10 % V
2.	On/Off Button	OL MΩ	≥ 20 MΩ
3.	Body	0,10 Ω	≤ 0.2 Ω
4.	Base	4,0 µA	≤ 100 µA
5.	Handpiece	4,0 µA	≤ 500 µA
6.	Regulator Control	4,0 µA	≤ 100 µA
7.	Pressure	4,0 µA	≤ 500 µA

F. Keterangan

1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
2. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian IKK.C.5

G. Kesimpulan

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesahatan
maka peralatan ini dinyatakan : **LAIK PAKAI**

H. Saran

1. Lakukan maintenance pada alat dan kalibrasi ulang secara berkala

Office: Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax: (021) 29067957; – Email.: admin.support@eksgon.com / eksgon_brother@yahoo.co.id