PT. EKSGON BROTHER

SERTIFIKAT KALIBRASI / PENGUJIAN
CALIBRATION CERTIFICATE
2934/VI.EB/2026

Pemilik : RS. William Booth Semarang
Costumer

Alamat : Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237
Address

Tanggal Kalibrasi : 25 Juni 2026
Date of Calibration

Identitas Instrument / *Instrument Identity*

Nama : Lampu Tindakan
Name

Merk : GEA
Manufacture

Tipe : L751 - 11
Type

Nomor Seri : 2640030
Serial Number

Tempat Kalibrasi : Poli Mata
Place of Calibration

Tanggal Diterbitkan : 2 Juli 2026
Date of Issued

Keterangan : Laik Pakai
Remarks

PT EKSGON BROTHER

PT. EKSGON BROTHER

Damayanti Butar Butar
Direktur

Office : Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax : (021) 290677957 ; Email : Eksgon_brother@yahoo.co.id
Hasil hanya berhubungan dengan instrument yang dikalibrasi dan laporan ini tidak diperkenankan untuk diubah atau digandakan dengan cara apapun tanpa seizin **PT Eksgon Brother.**

PT. EKSGON BROTHER

Laporan Pengujian Lampu Tindakan

No.Sertifikat : 2934/VI.EB/2026

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS. William Booth Semarang
2. Merek : GEA
3. Tipe : L751 - 11
4. No.Seri : 2640030

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/ Ruangan : Poli Mata
2. Tanggal : 25 Juni 2026

C. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer : HTC/Clock/- (Tertelusur ke Standart International)
2. Lux Meter : Lutron/LX-107/T.028930(Tertelusur ke Standart International)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	23,5 °C
2.	Kelembaban	61,5 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Kabel Power	Baik	Baik	-
2.	Reflektor	Baik	Baik	-
3.	House Casing	Baik	Baik	-
4.	Holder/Handle	Baik	Baik	-
5.	Bulb Halogen	Baik	Baik	-
6.	Intensitas Bulb	Baik	Baik	-
7.	Focusing Adjuster	Baik	Baik	-
8.	Lampu Indikator	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar	Presisi (%)
Intensitas (lux)	Low	234,33	0,25
	Medium	366,00	0,00
	High	622,00	0,00

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MK-21-EB-2022 Permenkes 54 tahun 2015

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Office: Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax: (021) 29067957; – Email.: admin.support@eksgon.com / eksgon_brother@yahoo.co.id