Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Farmasi dan Alat Kesehatan
Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta
Jalan Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo, Jebres Surakarta 57127
(0271) 644579
https://www.bpafk-surakarta.go.id

KAN Komite Akreditasi Nasional
LK-237-IDN
LP-1111-IDN
LI-253-IDN

SERTIFIKAT

UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X

Nomor : 7-8-1/BPAFKS/LUKPR/2026/14692
Berlaku sampai dengan 23 Juli 2030

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, kami menyatakan bahwa:

Data Pemohon Uji

Nama Instansi	:	Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan
Nama Fasyankes	:	Rumah Sakit William Booth Semarang
Kode Fasyankes	:	3374032
NIB	:	0710210028288
Alamat	:	Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237, Kode Pos : 50237
Nomor Izin Pesawat	:	07938.384.3.010824

Data Pesawat

Jenis Pesawat	:	Radiografi Umum (Terpasang Tetap)
Merk Tabung	:	TOSHIBA ROTANODE
Model/ Tipe Tabung	:	E7843
Nomor Seri Tabung	:	6C0092
Lokasi Unit	:	Ruang Pemeriksaan Instalasi Radiologi RSU William Booth Semarang

Generator dan panel Kendali Sinar-X

Pabrikan/ Merk	:	DRGEM CORPORATION / DRGEM
Model/ Tipe	:	GXR-C52
Nomor Seri	:	GAQ1640525

Pesawat Sinar-X dinyatakan ANDAL dengan hasil terlampir.

Tanggal Pengujian	:	24 Juli 2026
Penguji Berkualifikasi	:	Tunggul Drajat Mulatomo
Tenaga Ahli	:	Sarwidi

Surakarta, 11 Agustus 2026
Kepala Balai Pengamanan Alat
dan Fasilitas Kesehatan Surakarta,

Dr. Ir. Rohmadi, ST., M.Si., M.T., MM.

Syarat dan ketentuan :
1. Sertifikat berlaku dalam kondisi pemakaian normal.
2. Sertifikat dinyatakan tidak berlaku apabila mengalami perbaikan, penggantian, dan/atau parameter tidak terpenuhi lagi.
3. Dalam hal parameter-parameter tidak terpenuhi lagi, maka sertifikat bisa dicabut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).