PT. EKSGON BROTHER

SERTIFIKAT KALIBRASI / PENGUJIAN
CALIBRATION CERTIFICATE
3050/VI.EB/2026

Pemilik *Costumer*	:	RS. William Booth Semarang
Alamat *Address*	:	Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263
Tanggal Kalibrasi *Date of Calibration*	:	26 Juni 2026

Identitas Instrument / *Instrument Identity*

Nama *Name*	:	Thermohygrometer
Merk *Manufacture*	:	TERM SCAN
Tipe *Type*	:	-
Nomor Seri *Serial Number*	:	TH/01/FM
Tempat Kalibrasi *Place of Calibration*	:	FARMASI
Tanggal Diterbitkan *Date of Issued*	:	3 Juli 2026
Keterangan *Remarks*	:	Laik Pakai

PT EKSGON BROTHER

PT. EKSGON BROTHER

Damayanti Butar Butar
Direktur

Office : Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax : (021) 290677957 ; Email : Eksgon_brother@yahoo.co.id
Hasil hanya berhubungan dengan instrument yang dikalibrasi dan laporan ini tidak diperkenankan untuk diubah atau digandakan dengan cara apapun tanpa seizin **PT Eksgon Brother.**

PT. EKSGON BROTHER

Laporan Kalibrasi Thermohygrometer

No. Sertifikat : 3050/VI.EB/2026

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS William Booth Semarang
2. Merek : TERM SCAN
3. Tipe : -
4. No. Seri : TH/01/FM

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : FARMASI
2. Tanggal : 26 juni 2026

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 23,55 °C ± 0,1 °C
2. Kelembaban Relatif : 55 % RH ± 2 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermocouple Thermometer, Merk: Profesional Instruments, S/N: 201605042117 (KAL-036), Tertelusur ke Standar Nasional
2. Thermo-Hygrometer, Merk: HTC, Tipe: HTC-2 (KAL-025), Tertelusur ke Standar International melalui LK-032-IDN

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Tombol Control	Baik	Baik	-
Display	Baik	Baik	-
Body	Baik	Baik	-
Battery	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Suhu (°C)	30	29,93	0,07	± 0,12
	32	31,67	0,33	± 0,20
	34	33,90	0,10	± 0,78
	40,4	40,17	0,23	± 0,05

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Kelembapan (RH)	40	40,10	-0,10	± 0,14
	50	50,13	-0,13	± 0,05
	60	59,53	0,47	± 0,45
	64	63,10	0,90	± 0,00

G. Keterangan

1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi EB-MK/MT/K-TM

H. Kesimpulan

Berdasarkan Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Yang Mengacu Kepada Permenkes Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **LAIK PAKAI**

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Manajer Teknis

Jordy Omado S.Tr.Em

'--Akhir Sertifikat--

Office: Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax: (021) 29067957; – Email.: admin.support@eksgon.com / eksgon_brother@yahoo.co.id